Certificate of Analysis

Rhinozyme®重组 C 因子内毒素检测试剂盒

Cat. No.: RAF-01
Lot. No.: RF010191003
有效期至: 2020 年 09 月

运输: 2~8℃冰袋运输

贮藏: rFC 酶溶液置于-70℃~-20℃冻存；其余试剂置于 2~8℃储存

质量检测:

参数	**合格标准**	**实际结果**
线性标准曲线: log(ΔRFU) = A*log(内毒素浓度 EU/ml)+B		
-线性相关（r）	≥0.980	通过
-斜率 A	0.8-1.1	通过
孔间 CV（%）	≤20	通过
5EU/ml 孔 ΔRFU	40000~80000	通过
与上一批次产品 5EU/ml 孔 ΔRFU 差异（%）	≤25	通过
0.5EU/ml 孔检测回收率（%）	90~125	通过
阴性对照孔 ΔRFU	＜600	通过
0.005EU/ml 孔 ΔRFU	＞20	通过
参考样品内毒素加标回收率（%）	50~200	通过

本品仅用于科研，不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司
苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼
联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.
www.rhinobio.com

苏州瑞安生物科技有限公司 质检专用章

QA/QC 签字
日期: 2019.10.31

RHINO BIO
瑞安生物科技

RA-SOR-QC-06023 00