

Certificate of Analysis

Resazurin 细胞活性检测染料

Cat. No.: QDY-002
Lot. No.: RL020220601
有效期至: 2023 年 11 月

贮藏: -20°C, 避光储存

装量检测: 合格

外观 (颜色和澄明度): 深蓝色溶液, 无可见沉淀物

吸光度范围与相关性检测: 合格

无菌检测: 35°C 至 37°C 培养 72 小时, 无细菌生长

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

