

Certificate of Analysis

Cell Titer Turbo 2.0 Luminescent Cell Viability Assay

Cat. No.: RA-GL11
Lot. No.: RG110231003
有效期至: 2024年09月

贮藏: 储存在-10°C 以下; 若需长期保存, 为保持最优使用性能, 建议存储在-70°C。

外观: 荧光绿色溶液, 无可见沉淀物

装量检测: 合格

无菌: 合格

活性: 合格

批间一致性: 合格

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com



QC/QA 签字

日期: 2023.10.23